



Estado do Rio Grande do Sul
Poder Legislativo Municipal
Câmara de Vereadores de Cidreira

PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 023/2025.
PROCESSO Nº 7525/2025.

AUTOR:

ENCAMINHAMENTO: Poder Executivo.

Respondido em :

Por

Nº

de.

PEDIDO DE INFORMAÇÃO N.º 023/2025.

Excelentíssimo Senhor Presidente:

O Vereador que este subscreve, requer, a Vossa Excelência que, nos termos regimentais, encaminhe o seguinte Pedido de Informações:

Que seja informado a esta Casa Legislativa o que segue: Solicito informação sobre a data do último levantamento radiométrico e da última revisão da sala e dos equipamentos de raio-X do Posto de Saúde 24h Eva Dias de Melo.

JUSTIFICATIVA

Os equipamentos de raio-X necessitam passar por levantamento radiométrico e revisões periódicas em intervalos curtos, a fim de garantir a segurança de pacientes e profissionais. Esses procedimentos asseguram que a dose de radiação emitida esteja dentro dos limites adequados, mantêm a qualidade das imagens e previnem falhas técnicas que possam comprometer diagnósticos ou causar riscos de exposição desnecessária.

Cidreira 07 de outubro de 2025.


Ver- Flavio Zanoni
Bancada -MDB